

Boditech Total Anti-Infliximab Control

USO ORIGINAL

Boditech Total Anti-Infliximab Control se destina al control de calidad de los kits de ensayo Total Anti-Infliximab fabricado/suministrado por Boditech Med Inc. Sólo para uso de diagnóstico *in vitro*.

COMPONENTES

Boditech Total Anti-Infliximab Control está compuesto por «Boditech Total Anti-Infliximab Negative Control nivel 1», «Boditech Total Anti-Infliximab Positive Control nivel 2», «Instrucciones de uso» y «Valor del control y ficha de código de barras».

- Boditech Total Anti-Infliximab Control se suministra en forma liofilizada.
- El control contiene anti-infliximab, suero humano y azida sódica.
- Los materiales de control están contenidos en viales, y los viales se envasan además en una caja.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Sólo para uso de diagnóstico *in vitro*.
- No pipetee con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requieren normalmente para manipular reactivos de laboratorio.
- Boditech Total Anti-Infliximab Control no debe utilizarse pasada su fecha de caducidad.
- Boditech Total Anti-Infliximab Control está diseñado en exclusivo para el control de calidad de los cartuchos Total Anti-Infliximab fabricados/suministrados por Boditech Med Inc.
- Los materiales de origen humano en Boditech Total Anti-Infliximab Control se han sometido a pruebas a nivel de donante para detectar el anticuerpo del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH 1, VIH 2), el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo del virus de la hepatitis C (VHC), y han resultado no reactivos. Para realizar estas pruebas se han utilizado métodos aprobados por la FDA. Sin embargo, dado que ningún método puede ofrecer una garantía completa con respecto a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y muestras clínicas deben manipularse como si fuesen capaces de transmitir enfermedades infecciosas y deben eliminarse como residuos peligrosos.
- Todos los materiales de desecho deben eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales de gestión de residuos.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Condiciones de almacenamiento y estabilidad de Boditech Total Anti-Infliximab Control.

	Por abrir	Abierto (Después de la reconstitución)
Temperatura	2 ~ 8 °C	2 ~ 8 °C
Fecha de caducidad	Hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta	3 semanas

- Cierre bien el vial abierto después de su uso.
- Después de su uso, cualquier sustancia residual no debe devolverse al vial original.
- La contaminación bacteriana de Boditech Total Anti-Infliximab Control reconstituido causará reducciones en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, debe desecharse el vial y será necesario reconstituir un vial nuevo.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Boditech Total Anti-Infliximab Control se suministra en forma liofilizada.

- 1) Reconstituya cuidadosamente cada vial de material de control liofilizado con exactamente 1 mL de agua destilada esterilizada.
- 2) Cierre el vial y déjelo reposar durante 30 minutos antes de su uso. Asegúrese de que el contenido se disuelve completamente agitando el vial 10 veces.
(Para evitar la formación de espuma, no agite el vial).

Consulte las instrucciones de uso de los cartuchos de prueba para conocer el procedimiento de prueba detallado.

En caso de daños en el envase, póngase en contacto con los **Servicios Técnicos de Boditech Med Inc.**

MATERIALES SUMINISTRADOS

REF CFPO-366

Boditech Total Anti-Infliximab Control Caja (2 viales):

- | | |
|---|---|
| - Boditech Total Anti-Infliximab Negativo Control | 1 |
| - Boditech Total Anti-Infliximab Positivo Control | 1 |
| - Instrucciones de uso | 1 |
| - Valor del Control & Ficha de código de barras | 1 |

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la prueba de «Boditech Total Anti-Infliximab Control» debe ser coherente con el resultado esperado de la ficha de valores de control. Si el resultado de la prueba no coincide con el resultado esperado, repita la prueba.

✖ Causas de los errores en las pruebas








- Errores en un proceso de prueba
- Condiciones de almacenamiento de Boditech Total Anti-Infliximab Control incorrectas
- Uso de Boditech Total Anti-Infliximab Control caducado o contaminado.
- Kits de ensayo de Total Anti-Infliximab de Boditech defectuosos.
- Instrumentos de Boditech defectuosos.

CONTROL DE CALIDAD

- Las pruebas de control de calidad forman parte de las buenas prácticas de prueba para confirmar los resultados esperados y la validez de la prueba y deben realizarse a intervalos regulares.
- Las pruebas de control de calidad también se deben realizar siempre que exista alguna duda sobre la validez de los resultados de la prueba.

Boditech Total Anti-Infliximab Control

Nota: Consulte la tabla siguiente para identificar los distintos símbolos.

	Suficiente para <n> pruebas
	Lea las instrucciones de uso
	Fecha de caducidad
LOT	Código de lote
REF	Número de catálogo
	Precaución
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado de la Comunidad Europea
IVD	Productos sanitarios de diagnóstico <i>in vitro</i>
	Límite de temperatura
	No reutilizar
CE	Este producto cumple los requisitos de la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico <i>in vitro</i>

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con **Boditech Med Inc.'s Technical Services (Servicios técnicos de Boditech Med Inc.)** por
Tel: +(82) -33-243-1400
E-mail: sales@boditech.co.kr



Boditech Med Inc.

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si,
Gang-won- do, 24398, República de Corea
Tel: +(82) -33-243-1400
Fax: +(82) -33-243-9373
www.boditech.co.kr



Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53, 1030 Bruselas, Bélgica
Tel: +(32) -2-732-59-54
Fax: +(32) -2-732-60-03
E-mail: mail@obelis.net

