

# Boditech Hormone Control

## USO ORIGINAL

Boditech Hormone Control se destina al control de calidad del kit de ensayo de insulina fabricado/suministrado por Boditech Med Inc.

Sólo para uso de diagnóstico *in vitro*.

## COMPONENTES

Boditech Hormone Control está compuesto por «Boditech Hormone Control nivel 1», «Boditech Hormone Control nivel 2», «Instrucciones de uso» y «Ficha de valores de control y código de barras».

- Boditech Hormone Control se suministra en forma liofilizada.
- El control contiene solución madre estándar de PRL, solución madre estándar de TSH, solución madre estándar de FSH, gonadotropina coriónica humana (hCG), solución madre estándar de LH, hidrocortisona, levotiroxina, progesterona, solución madre estándar de testosterona, 3,3',5-Triiodo-L-tironina y suero equino.
- Los materiales de control están contenidos en viales, y los viales se envasan además en una caja.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Sólo para uso de diagnóstico *in vitro*.
- No pipetee con la boca.
- Tome las precauciones adecuadas que se requieren normalmente para manipular reactivos de laboratorio.
- Boditech Hormone Control no debe utilizarse pasada su fecha de caducidad.
- Boditech Hormone Control está diseñado en exclusivo para el control de calidad de los cartuchos de Hormona fabricados/suministrados por Boditech Med Inc.
- Los materiales de control de hormona de origen humano en Boditech se han sometido a pruebas a nivel de donante para detectar el anticuerpo del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH 1, VIH 2), el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) y el anticuerpo del virus de la hepatitis C (VHC), y han resultado no reactivos. Para realizar estas pruebas se han utilizado métodos aprobados por la FDA. Sin embargo, dado que ningún método puede ofrecer una garantía completa con respecto a la ausencia de agentes infecciosos, estos materiales de origen humano y muestras clínicas deben manipularse como si fuesen capaces de transmitir enfermedades infecciosas y deben eliminarse como residuos peligrosos.
- Todos los materiales de desecho deben eliminarse de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales de gestión de residuos.

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Condiciones de almacenamiento y estabilidad de Boditech Hormone Control.

	Temperatura	Fecha de caducidad	
<b>Por abrir</b>	2 ~ 8 °C	Hasta la fecha de caducidad que figura en la etiqueta.	
<b>Abierto (Después de la reconstitución)</b>			
PRL	2 ~ 8 °C	7 días	
TSH			
FSH			
hCG			
LH			
Cortisol			
T4			
*Progesterona			*Progesterona: 1 día
Testosterona			
T3			-80 ~ -20 °C
PRL			
TSH			
FSH			
hCG			
LH			
Cortisol			
T4			
*Progesterona	**Testosterona, T3: 14 días		
**Testosterona			
**T3			

- Cierre bien el vial abierto después de su uso.
- Una vez congelado el Boditech Hormone Control, debe utilizarse una sola vez para la prueba, pues la congelación y descongelación repetidas pueden provocar modificaciones de los valores de la prueba.
- Después de su uso, cualquier sustancia residual no debe devolverse al vial original.
- La contaminación bacteriana de Boditech Hormone Control reconstituido causará reducciones en la estabilidad de muchos componentes. Si se sospecha de contaminación bacteriana, debe desecharse el vial y será necesario reconstituir un vial nuevo.

## PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Boditech Hormone Control se suministra en forma liofilizada.

- 1) Reconstituya cuidadosamente cada vial de material de control liofilizado con exactamente 1 mL de agua destilada esterilizada.
- 2) Cierre el vial y déjelo reposar durante 30 minutos antes de su uso. Asegúrese de que el contenido se disuelve completamente invirtiendo el vial 10 veces.  
(Para evitar la formación de espuma, no agite el vial).

**Consulte las instrucciones de uso de los cartuchos de prueba para conocer el procedimiento de prueba detallado.**

En caso de daños en el envase, póngase en contacto con los **Servicios Técnicos de Boditech Med Inc.**

## MATERIALES SUMINISTRADOS

### REF CFPO-95

Boditech Hormone Control Caja (2 viales):

- Boditech Hormone Control Nivel 1 1
- Boditech Hormone Control nivel 2 1
- Instrucciones de uso 1
- Ficha de valor del Control & código de barras 1

## INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El resultado de la prueba de «Boditech Hormone Control» debe ser coherente con el resultado esperado de la ficha de valores de control.

Si el resultado de la prueba no coincide con el resultado esperado, compruebe en seguida las posibles fuentes de error y vuelva a realizar la prueba una vez resueltas estas cuestiones. En caso de que el error persista, póngase en contacto con los **Servicios Técnicos de Boditech Med Inc.**

※ Fuentes potenciales de error

- Errores en un proceso de prueba
- Condiciones de almacenamiento de Boditech Hormone Control incorrectas
- Utilización de Boditech Hormone Control caducado o contaminado.
- Kits de ensayo de Hormona de Boditech defectuosos.
- Instrumentos de Boditech defectuosos.

## CONTROL DE CALIDAD

- Las pruebas de control de calidad forman parte de las buenas prácticas de prueba para confirmar los resultados esperados y la validez de la prueba y deben realizarse a intervalos regulares.
- Las pruebas de control de calidad también se deben realizar siempre que exista alguna duda sobre la validez de los resultados de la prueba.

**Nota:** Consulte la tabla siguiente para identificar los distintos símbolos.

	Suficiente para <n> pruebas
	Lea las instrucciones de uso
	Fecha de caducidad
	Código de lote
	Número de catálogo
	Precaución
	Fabricante
	Representante autorizado de la Comunidad Europea
	Productos sanitarios de diagnóstico in vitro
	Límite de temperatura
	Este producto cumple los requisitos de la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con **Boditech Med Inc.'s Technical Services (Servicios técnicos de Boditech Med Inc.)**

Tel: +(82) -33-243-1400

Correo electrónico: sales@boditech.co.kr



**Boditech Med Inc.**

43, Geodudanji 1-gil, Dongnae-myeon, Chuncheon-si, Gang-won-do, 24398, República de Corea

Tel: +(82) -33-243-1400

Fax: +(82) -33-243-9373

www.boditech.co.kr



**Obelis s.a**

Bd. Général Wahis 53, 1030 Bruselas, Bélgica

Tel: +(32) -2-732-59-54

Fax: +(32) -2-732-60-03

E-mail: mail@obelis.net

